



Languages:

ENG

CZ

SK



USER MANUAL

BREATHALYZER
electrochemical


PRIME
ver 2.1

Dear Customer, congratulations on your choice! We invite you to read the user's manual, so that the purchased device serves you in best possible way.

SCHEME & SPECS

ENG

testing range	0,00 ~ 3,00 ‰
precision	+/- 0,06‰ at 0,5 ‰ in 25°C
sensor	platinum electrochemical
power supply	2 x AAA 1,5V alkaline
weight	45 x 105 x 18 mm
dimensions	74g (with batteries)
re-calibration	every 12 months or 600 tests
mouthpiece	required - universal AlcoForce
other	saves from the last three measurements, touch button





PREPARING THE DEVICE FOR WORK

Insert the batteries into the device, observing correct polarity [ATTENTION - only alkaline batteries should be used with the device!!!].



ATTENTION! BEFORE MEASUREMENT!


ENG

Rinse your mouth after drinking the alcohol and wait 30 minutes. This amount of time is crucial for the alcohol to absorb into your bloodstream and to reduce the alcohol vapours in your mouth and saliva. For the correct results, do not eat, drink or smoke cigarettes for min. 30 minutes before taking the measurement. Do not take measurements in strong winds, in air-conditioned rooms, or in polluted air. Do not use immediately after hand disinfection or in the rooms with present disinfectants.

Many factors may interfere with the measurement results (heavy environmental pollution, smoking, various gas vapors, wind, air conditioning, alcohol vapors coming from disinfectants), hence the results presented by the breathalyzer are only estimates. The manufacturer, importer and seller do not bear any responsibility for the correctness of the results and potential damage caused by improper use of the breathalyzer. In line with the Polish law, the device cannot be used as an evidence breathalyzer.



PERFORMING THE MEASUREMENT



End smoking, eating and drinking



Rinse your mouth




Switch on the device




Take 3 measurements at 1 minute intervals. Choose the highest score.

During the measurement, follow the information on the breathalyzer display and the instructions.



Insert the mouthpiece into the measuring hole (* 1). Turn on the device by pressing the function button on the main panel (* 2).



After starting the device, you will hear a single beep. The display will show three eights and then the message "00", which is the number of measurements made in the device. After this message, the breathalyser will start preparing for the test, counting down from 6 to 0.



The device is ready to take an air sample. Take a deep breath and blow into the mouthpiece for approx. 6 sec. The device will beep continuously while taking a sample.



End of the sound signal. The breathalyser analyzes the collected sample.



After analysing the sample, the breathalyser will display the result and the LED will light up. When measuring above 0.20 ‰, the LED will light in red. After about 10 seconds the result will disappear and the breathalyser will turn off automatically.




HOURLY ALCOHOL ELIMINATION

The alcohol level in blood and exhaled air changes over time. At first, it increases during the absorption of alcohol into the blood, then decreases during its elimination (burning) in the body.

A breathalyzer can help you estimate which phase you are in: alcohol concentration increase or elimination. To obtain a reliable result, take measurements when you no longer intend to consume alcohol.

We suggest to make min. 3 measurements at equal 30 minute intervals and to record the individual results. Comparison of these results will give an answer to the question in which phase you are - using 3 decreasing results obtained in equal intervals it is possible to estimate when the body will get rid of alcohol.



3 decreasing measurements taken at intervals of 30 minutes.

CHECKING THE LAST 3 MEASUREMENTS

ENG



After all 3 measurements have been displayed, the device will automatically start preparing for the test.

MESSAGES

FL0

Provided air sample is too small. Perform the measurement again providing a strong and steady exhalation.

bAt

Low voltage. The device turns off. Replace the batteries.

Er.1

If a sample is not provided, the breathalyser will turn off.

If you have the impression that your breathalyzer is not working properly, we recommend to check the following:

1. The use of old or improper batteries may affect the accuracy of the results. Use only high-quality alkaline batteries. Do not use rechargeable batteries.
2. Decalibration of the breathalyzer. Each breathalyzer should be calibrated in accordance with its technical specification. For 12 months from the purchase of the breathalyzer, we will perform the calibration service for FREE!!! For more information, please visit alcoforce.com.
3. Everyone has a different ability to metabolize alcohol, and this ability may change from time to time depending on various factors. If your Professional breathalyzer is regularly calibrated according to the service interval and you use it according to the instructions and the following three results are similar, it is most likely working properly. To read more about the factors affecting the results of the breathalyzer measurements please visit: alcoforce.com.



THE SELLER DOES NOT ACCEPT SERVICE REQUESTS
service requests are considered by the central service
AlcoForce / Work and Road Safety Corporation

STORAGE AND GENERAL REMARKS



Do not eat, drink or smoke for 30 minutes before taking the measurement.



Store in a dry place, avoid direct exposure to sunlight and temperatures outside the range of 5 to 35 °C. Do not keep in the car!



Do not take the measurement immediately after drinking alcohol. Blowing into a breathalyzer immediately after drinking alcohol may cause damage to the sensor and result in improper measurements.



Do not disinfect or clean the device with alcohol and other disinfectants. Do not touch the breathalyzer for at least 30 minutes after hand disinfection.



Do not store the breathalyzer close to volatile substances, including alcohol. Do not blow fluids and fumes into the sensor and do not immerse the device in fluids. Do not clean the device with detergents.




Service the device regularly or as soon as it displays a service message. Within 12 months from the date of purchase, the service is completely free of charge* - use it. Avoiding servicing will negatively affect the lifetime and precision of the breathalyzer!

*CAUTION. Applies to first user purchase.

ATTENTION

Calibration is a term inextricably linked with EVERY BREATHALYZER. This means that every 12 months, the breathalyzer must be reconfigured so that it correctly interprets the readings of the wearing-out sensor. The appropriate messages displayed on the device indicate the need for calibration (page 5) as well as the results that differ significantly from reality, e.g. 0.5 ‰ despite the lack of alcohol consumption.

The necessity of calibration is not a disadvantage of the breathalyzer and is not subject to complaint. Please do not expect that a breathalyzer that is not calibrated regularly will show the correct results. Calibrations after the free service period are chargeable and can be made at the premises of ALCOFORCE / WORK AND ROAD SAFETY CORPORATION (also by mail order) or at another authorized breathalyzer service point. **Additional information can be found in the Warranty Card on page 9.**



12
months

600
measurement

Calibration in this model should be performed every **600 measurement** or **12 months** (regardless of the number of measurements performed). Regular calibration is necessary to maintain proper operation of the device and extends the life of the sensor.



Note - calibration of this breathalyzer within 12 months from the date of purchase is **FREE OF CHARGE** at the premises of AlcoForce and Work and Road Safety Corporation of other authorized service points.
More information can be found in the Warranty Card.

- ENG**
1. Work and Road Safety Corporation PLC guarantees the correct operation of the breathalyzer for 12 months from the date of sale, provided that it is used in accordance with its intended use and in accordance with the detailed rules set out in the manual.
 2. The warranty liability includes free repair during the warranty period, except for the situations specified in the user manual below.
 3. If the breathalyzer is out of order or requires repair, contact an authorized service center (page 6)
 4. Detailed instructions on the complaint procedure can be found on page 10.
 5. The warranty does not cover components subject to wear and the device decalibration (see the manual).
 6. The warranty does not cover the following faults:
 - a) caused by improper operation or use of the breathalyzer inconsistently with intended use,
 - b) caused by unauthorized modification of the product, or resulting from repairs and service activities carried out by unauthorized persons,
 - c) mechanical damage
 - d) resulting from improper storage, transport or use in conditions that prevent proper operation
 7. The warranty will not be valid if the proof of purchase is not provided.
 8. Returning a device that does not meet the warranty conditions may require the Customer to cover the costs of transport.
 9. An unfilled Warranty Card will be filled in by a service technician during the first service of the device.
 10. The warranty rights are exercised in Czech Republic in the facilities of Work and Road Safety Corporation s.r.o. and cover the repair of the device or its replacement with the new one.
 11. The warranty does not exclude, limit or suspend any rights of the Purchaser stemming from the regulations regarding a warranty for defects in sold goods.

Before contacting the service, please check if the solution to your problem is not already provided in the user manual.

Serial No.:

Place and date of sale:

Seller Stamp:

Do you think your breathalyzer needs maintenance? Register online and you will be able to send the breathalyzer to us completely free of charge!

The online ticket system is nothing but benefits!

CAUTION - CALIBRATION OF THIS BREATHALYZER IN THE PERIOD OF 12 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE IS FREE OF CHARGE (ONLY AT THE AUTHORIZED SERVICE).

ENG



Free shipping of the breathalyzer to the service!




Saving your time.
You will get everything done in a couple of minutes.



Faster service delivery - we treat online applications as a priority.

<http://servis.alcoforce.cz>

or via the QR code:



the service is performed by:

Work and Road Safety Corporation s.r.o.
Kolbenova 610/26
19000 Praha, Vysočany
IČ: 05562686
DIČ: CZ05562686

Tel. +420774411547
info@warscorp.com

Vážený Zákazníku, blahopřejeme Vám k volbě našeho výrobku! Seznamte se s návodem k použití, aby Vám zakoupený přístroj posloužil co nejlépe.

SCHÉMA A SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

rozsah a přesnost měření	0,00 ~ 3,00 ‰
preciznost	+/-0.06‰ při 0.5‰
druh senzoru	elektrochemický
napájení	2 x AAA 1,5V alkalické
rozměry	45 x 105 x 18 mm
hmotnost	74g s bateriemi
kalibrace	každých 12 měsíců nebo 600 měření
vyžaduje náustek	ano
ostatní	paměť tří posledních měření, dotykové tlačítko





PŘIPRAVENÍ PŘÍSTROJE K PROVOZU

Vložte baterie do přístroje v souladu s návodem [POZOR - používejte výhradně alkalické baterie!!!].



POZOR! NEŽ ZAHÁJÍTE MĚŘENÍ!


Po požití alkoholu si vypláchněte ústa a počkejte 30 minut. Toto je čas nezbytný pro absorbování alkoholu do krevního oběhu a snížení alkoholových výparů v ústech a slinách. **Pro správné měření nejzte, nepijte a nekuřte cigarety po dobu min. 30 minut před měřením.** Neprovádějte měření v silném větru, v klimatizovaných místnostech nebo ve znečištěném vzduchu. Nepoužívejte ihned po dezinfekci rukou nebo v místnostech s dezinfekčními prostředky.

Výsledky měření může ovlivnit mnoho faktorů (silné znečištění životního prostředí, kouření, různé plynové výpary, vítr, klimatizace, alkoholové výpary z dezinfekce), proto jsou výsledky prezentované alkoholtesterem pouze orientační. Výrobce, dovozce a prodejce nenese žádnou odpovědnost za správnost výsledků a případné škody způsobené nesprávným používáním alkoholtesteru.

Z2



PROVÁDĚNÍ MĚŘENÍ



Přestaňte kouřit, jíst a pít.



Vypláchněte ústa vodou.



Zapněte alkohol tester.



Provedte 3 měření v 1 minutových intervalech. Vyberte nejvyšší výsledek.


Při měření se řiďte informacemi na displeji alkohol testeru a návodem k použití.

1



Vložte náustek do měřicího otvoru (* 1). Zapněte zařízení stisknutím funkčního tlačítka na hlavním panelu (* 2).

2



Po spuštění uslyšíte jedno pípnutí. Na displeji se zobrazí tři osmičky a následně hláška 00. Alkohol tester zobrazí počet měření a začne se připravovat na test, odpočítáváním od 10 do 0.

3



Zařízení je připraveno odebrat vzorek vzduchu. Zhluboka se nadechněte a foukejte do náustku po dobu asi 6 s. Během odebrání vzorku zařízení nepřetržitě pípá.

4



Konec zvukového signálu. Alkohol tester analyzuje odebraný vzorek.


5




Po analýze vzorku alkoholtester zobrazí výsledek a rozsvítí se LED. Při výsledcích nad 0,20 ‰ bude svítit červená dioda. Po asi 10 sekundách výsledek zmizí a alkohol tester se automaticky vypne.



Koncentrace alkoholu v krvi a ve vydechovaném vzduchu se s postupem času mění. Nejdříve stoupá během vstřebávání alkoholu do krve, následně klesá během eliminace (spalování) v těle. Nejdůležitější informací, kterou má alkohol tester sdělit, je to, v které fázi se nacházíte - zda ve fázi nárůstu nebo eliminace koncentrace alkoholu. Pokud chcete dosáhnout důvěryhodného výsledku měření, provádějte měření teprve v okamžiku, když už nemáte v úmyslu konzumovat další alkohol. Doporučujeme provést min. 3 měření ve stejných 30-minutových časových intervalech a zaznamenat jednotlivé výsledky. Díky porovnání výsledků si budete moci odpovědět na otázku, v které fázi se nacházíte - pomocí 3 klesajících se výsledků provedených ve stejných časových intervalech můžete odhadnout, kdy se Vaše tělo zbaví zbytků alkoholu.



KONTROLA POSLEDNÍCH 3 MĚŘENÍ



Po zobrazení všech 3 měření se přístroj automaticky začne připravovat na test.

HLÁŠENÍ

FL0

Zařízení přijalo příliš malý vzorek vzduchu. Proveďte měření znovu silným a rovnoměrným výdechem.

bAt

Slabé baterie. Přístroj se automaticky vypne. Vyměňte baterie na nové 1.5V alkalické baterie AAA.

Er.1

Nebyl dodán žádný vzorek vzduchu, dechový analyzátor se vypne.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ: PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED ODESLÁNÍM NA SERVIS.

Pokud máte dojem, že váš alkohol tester nefunguje správně, doporučujeme zkontrolovat, zda to není z důvodu:

1. Použití starých nebo nesprávných baterií může ovlivnit přesnost výsledků. Používejte pouze vysoce kvalitní alkalické baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
2. Rozkalibrování. Každý alkohol tester by měl být kalibrován v souladu s jeho technickou specifikací. Po dobu 12 měsíců od zakoupení alkotesteru poskytujeme službu kalibrace ZDARMA !!! Pro více informací navštivte alcoforce.com.
3. Každý má jinou schopnost metabolizovat alkohol a tato schopnost se může čas od času měnit v závislosti na mnoha faktorech. Pokud je tedy váš alkohol tester pravidelně kalibrován podle servisního intervalu a používáte jej podle návodu a postupně tři výsledky jsou podobné, s největší pravděpodobností funguje správně. Více o faktorech ovlivňujících výsledky testů alkohol testerů si můžete přečíst na: alcoforce.com.

Z2



PRODEJCE NEPŘIJÍMÁ POŽADAVKY NA SERVIS / KALIBRACE
reklamace posuzuje centrální servis
AlcoForce / Work and Road Safety Corporation

SKLADOVÁNÍ A OBECNÉ INFORMACE



30 minut před měřením nejezte, nepijte ani nekuřte.



Skladujte v suchu, nevystavujte přímému slunečnímu záření a teplotám mimo rozsah 5 až 35 °C. Nenechávejte v autě!



Neprovádějte měření bezprostředně po požití alkoholu. Fouknutí do alkohol testeru přímo po požití alkoholu může poškodit senzor a způsobit nesprávná měření.



Zařízení nedezinfikujte ani nečistěte alkoholem a dalšími dezinfekčními prostředky. Po dezinfekci rukou se alespoň 30 minut nedotýkejte alkoholtesteru.



Alkohol tester neskladujte v blízkosti těkavých látek, včetně alkoholu. Do snímače nefoukejte kapaliny nebo výpary a neponořujte zařízení do kapalin. Zařízení nečistěte čisticími prostředky.



Servisujte zařízení pravidelně nebo jakmile se zobrazí servisní hlášení. Do 12 měsíců od data nákupu je služba zcela zdarma * - využijte ji. Vyhýbání se servisu negativně ovlivní životnost a přesnost alkotesteru!

*POZOR. Platí pro nákup prvním uživatelem.




POZOR

Kalibrace je pojem nerozlučně spjatý s KAŽDÝM ALKOHOL TESTEREM. To znamená, že každých 12 měsíců by měl být dechový analyzátor překonfigurován, tak, aby správně interpretoval indikace opotřebávajícího se čidla. Nutnost kalibrace dokládají příslušné zprávy zobrazené na přístroji (strana 15) a výsledky výrazně se odchylovající od reality - např. 0,5 ‰ i bez konzumace alkoholu.

Nutnost kalibrace není závadou alkohol testeru a nepodléhá reklamaci. Prosím ne očekávejte, že pravidelně nekalibrovaný alkohol tester bude ukazovat správné výsledky. Kalibrace po bezplatném servisním období jsou zpoplatněné a lze je provést v sídle ALCOFORCE / WORK AND ROAD SAFETY CORPORATION (i zásilkovou službou) nebo v jiném autorizovaném servisním středisku alkohol testerů. **Další informace naleznete v záručním listu na straně 19.**

12
měsíců600
měření

Kalibrace v tomto modelu by měla být provedena každých **600 měření** nebo každých **12 měsíců** (bez ohledu na počet provedených měření). Pro udržení správné funkce a prodloužení životnosti čidla je nutná pravidelná kalibrace.



Poznámka - kalibrace tohoto alkoholtesteru v době 12 měsíců od data nákupu je ZDARMA v sídle AlcoForce a Work and Road Safety Corporation a jiných autorizovaných servisních místech.

Další informace naleznete v záručním listu.





1. Společnost Work and Road Safety Corporation s.r.o. garantuje správnou funkci alkotesteru po dobu 12 měsíců od data prodeje za předpokladu, že je používán v souladu s určeným použitím a v souladu s podrobnými pravidly uvedenými v návodu.
2. Záruční odpovědnost zahrnuje bezplatnou opravu během záruční doby, s výjimkou případů uvedených v návodu k obsluze níže.
3. Pokud je alkohol tester mimo provoz nebo vyžaduje opravu, kontaktujte autorizované servisní středisko (strana 16).
4. Podrobný návod k reklamačnímu řádu naleznete na straně 20.
5. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebením a na dekalibraci zařízení (viz návod).
6. Záruka se nevztahuje na vady:
 - a) v důsledku nesprávné obsluhy nebo použití alkolotesteru v rozporu s jeho zamýšleným použitím,
 - b) způsobené neoprávněnou úpravou výrobku nebo v důsledku oprav a servisních činností prováděných neoprávněnými osobami,
 - c) mechanické poškození
 - d) v důsledku nesprávného skladování, přepravy nebo používání v podmínkách, které brání správnému provozu
7. Záruka nebude platná, pokud nebude předložen doklad o koupi.
8. Vrazení zařízení, které nespĺňuje záruční podmínky, může vyžadovat, aby Zákazník uhradil náklady na dopravu.
9. Nevyplněný Záruční list vyplní servisní technik při prvním servisu zařízení.
10. Záruční práva jsou uplatňována v České Republice v sídle Work and Road Safety Corporation s.r.o. a zahrnují opravu zařízení nebo jeho výměnu za nové.
11. Tato záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího podle ustanovení o záruce za vady prodávané věci.

Než se obrátíte na servis, zkontrolujte, zda není řešení vašeho problému vyřešeno v uživatelské příručce.

Sériové č.:

Datum a místo prodeje:

Razítko prodejce:

Vyžaduje Váš alkohol tester servis nebo kalibraci?

Zaregistrujte jej on-line a můžete nám jej zaslat zdarma!

POUŽITÍ NAŠEHO ON-LINE FORMULÁŘE VÁM PŘÍNÁŠÍ SPOUSTU VÝHOD!

**POZOR - KALIBRACE TOHOTO ALKOHOL TESTERU V OBDOBÍ 12 MĚSÍCŮ
OD DATA NÁKUPU JE ZDARMA (POUZE V AUTORIZOVANÉM SERVISU).**



Doprava alkotesteru
do servisu zdarma!



Šetří váš čas.
Vše zařídíte během
pár minut.




Rychlejší dodání
služby – online
přihlášky
považujeme za
prioritu.

Z

<http://servis.alcoforce.cz>

Naskenujte QR kód:



Servisní obsluhu přístroje vede:

**Work and Road Safety
Corporation s.r.o.**
Kolbenova 610/26
19000 Praha, Vysočany
IČ: 05562686
DIČ: CZ05562686

**Tel. +420774411547
info@warscorp.com**

Vážení Zákazníci, blahoželáme Vám k výberu nášho výrobku! Zoznámte sa s návodom na použitie, aby Vám zakúpený prístroj poslužil čo najlepšie.

SCHÉMA A ŠPECIFIKÁCIA PRÍSTROJA

rozsah a presnosť merania	0,00 ~ 3,00 ‰
precíznosť	+/-0.06‰ pri 0.5‰
druh senzora	elektrochemický
napájanie	2 x AAA 1,5V alkalické
rozmery	45 x 105 x 18 mm
hmotnosť	74g s batériami
kalibrace	každých 12 mesiacov alebo každých 600 meraní
vyžaduje náustek	áno
ostatné	pamät' tří posledních měření, dotykové tlačítko





PRIPRAVENIE PRÍSTROJA K POUŽÍVANIU

Vložte batérie do prístroja v súlade s návodom **POZOR - používajte výhradne alkalické batérie!!!**.



POZOR! SKÔR NEŽ ZAHÁJITE MERANIE!


Po požití alkoholu si vypláchnite ústa a počkajte 30 minút. Toto je čas potrebný na absorbovanie alkoholu do krvného obehu a zníženie alkoholových výparov v ústach a slinách. **Pre správne meranie nejedzte, nepite a nefajčíte cigarety min. 30 minút pred meraním.** Nevykonávajte merania v silnom vetre, v klimatizovaných miestnostiach alebo v znečistenom ovzduší. Nepoužívajte ihneď po dezinfekcii rúk alebo v miestnostiach s dezinfekčnými prostriedkami.

Výsledky merania môžu ovplyvniť mnohé faktory (silné znečistenie životného prostredia, fajčenie, rôzne plynové výpary, vietor, klimatizácia, alkoholové výpary z dezinfekcie), preto výsledky prezentované prístrojom na meranie alkoholu sú len orientačné. Výrobca, dovozca a predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť výsledkov a prípadné škody spôsobené nesprávnym používaním alkoholtesteru.


SK




VYKONÁVANIE MERANIA



Počas merania sa riadte informáciami na displeji alkohol testeru a manuálom.



Vložte náustok do meracieho otvoru (* 1). Zapnite zariadenie stlačením funkčného tlačidla na hlavnom paneli (* 2).



Po spustení uslyšíte jedno pípnutí. Na displeji sa zobrazia tri osmičky a následne hláška 00. Alkohol tester zobrazí počet meraní a začne sa pripravovať na test, odpočítavanim z 10 na 0.

SK



Prístroj je pripravený odobrať vzorku vzduchu. Zhlboka sa nadýchnite a fúkajte do náustka asi 6 sekúnd. Zariadenie nepretržite pípa počas odberu vzorky.




Koniec zvukového signálu. Alkohol tester analyzuje odobratú vzorku.




Po analýze vzorky alkoholtester zobrazí výsledok a rozsvieti sa LED. Pri výsledkoch nad 0,20 ‰ bude svietiť červená dióda. Po asi 10 sekundách výsledok zmizne a alkohol tester sa automaticky vypne.



Koncentrácia alkoholu v krvi a vo vydychovanom vzduchu sa s postupom času mení. Najskôr stúpa behom vstrebávania alkoholu do krvi, následne klesá behom eliminácie (spalovania) v tele. Najdôležitejšia informácia, ktorú má alkohol tester oznámiť, je to, v ktorej fáze sa nachádzate – či vo fáze rastu alebo eliminácie koncentrácie alkoholu. Ak chcete dosiahnuť dôveryhodný výsledok merania, vykonávajte meranie až v okamihu, keď už nemáte v úmysle konzumovať ďalší alkohol. Odporúčame vykonať min. 3 merania v rovnakých 30-minutových časových intervaloch a zaznamenať jednotlivé výsledky. Vďaka porovnaniu výsledkov si budete môcť odpovedať na otázku, v ktorej fáze sa nachádzate - pomocou 3 znižujúcich sa výsledkov vykonaných v rovnakých časových intervaloch môžete odhadnúť, kedy sa Vaše telo zbaví zvyšku alkoholu. Pre dosiahnutie maximálnej dôveryhodnosti testu dodržte 1-2 minútové intervaly medzi prípadnými ďalšími testami.



KONTROLA POSLEDNÝCH 3 MERENÍ



Po zobrazení všetkých 3 meraní sa prístroj automaticky začne pripravovať na test.

HLÁSENIE

FL0

Zariadenie prijalo príliš malý vzorek vzduchu. Zopakujte meranie silným a rovnomerným výdychom.

bAt

Slabé batérie. Prístroj sa automaticky vypne. Vymeňte batérie za nové 1.5V alkalické batérie AAA.

Er.1

Nebola dodaná žiadna vzorka vzduchu, dychový analyzátor sa vypne.

Ak máte dojem, že váš alkohol tester nefunguje správne, odporúčame vám skontrolovať, či nie je dôvod:

1. Použitie starých alebo nesprávnych batérií môže ovplyvniť presnosť výsledkov. Používajte iba kvalitné alkalické batérie. Nepoužívajte dobijacie batérie.
2. Dekalibrácia. Každý alkohol tester by mal byť kalibrovaný v súlade s jeho technickou špecifikáciou. Po dobu 12 mesiacov od zakúpenia alcotesteru poskytujeme službu kalibrácie ZADARMO !!! Pre viac informácií navštívte alcoforce.com.
3. Každý má inú schopnosť metabolizovať alkohol a táto schopnosť sa môže z času na čas meniť v závislosti od mnohých faktorov. Ak je teda váš alkohol tester pravidelne kalibrovaný podľa servisného intervalu a používate ho podľa pokynov a nasledujúce tri výsledky sú podobné, s najväčšou pravdepodobnosťou funguje správne. Viac o faktoroch ovplyvňujúcich výsledky testov dychových testov si môžete prečítať na: alcoforce.com.



**PREDAJCA NEPRIJÍMA POŽIADAVKY NA SERVIS
reklamácie posudzuje centrálna servis
AlcoForce / Work and Road Safety Corporation**

SK

SKLADOVANIE A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE



30 minút pred meraním nejedzte, nepite ani nefajčite.



Skladujte v suchu, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a teplotám mimo rozsahu 5 až 35°C. Nenechávajte v aute!



Meranie nevykonávajte bezprostredne po požití alkoholu. Fúkanie do alkohol testera priamo po požití alkoholu môže poškodiť senzor a spôsobiť nesprávne merania.



Prístroj nedezinfikujte ani nečistite alkoholom ani inými dezinfekčnými prostriedkami



Alkohol tester neskladujte v blízkosti prchavých látok vrátane alkoholu. Do snímača nefúkajte kvapaliny ani výpary a neponárajte zariadenie do kvapalín. Zariadenie nečistite čistiacimi prostriedkami.



Servisujte zariadenie pravidelne alebo hneď, ako sa zobrazí servisné hlásenie. Do 12 mesiacov od dátumu zakúpenia je služba úplne zadarmo * - využite ju. Vyhýbanie sa servisu negatívne ovplyvní životnosť a presnosť dychového analyzátoru!

*POZOR. Platí pre nákup prvým používateľom.


POZOR

Kalibrácia je pojem neoddeliteľne spojený s KAŽDÝM ALKOHOL TESTEROM. To znamená, že každých 12 mesiacov by mal byť dychový tester prekonfigurovaný tak, aby správne interpretoval indikácie opotrebovávajúceho sa senzora. O nevyhnutnosti kalibrácie svedčia príslušné hlásenia zobrazené na prístroji (strana 25) a výsledky výrazne odlišné od reality - napríklad 0,5 ‰ napriek nekonzumácii alkoholu.


Nutnosť kalibrácie nie je chybou alkohol testera a nie je predmetom reklamácie. Prosím nie očakávajte, že pravidelne nekalibrovaný alkohol tester ukáže správne výsledky. Kalibrácie po bezplatnom servisnom období sú splatné a je možné ich vykonať v sídle ALCOFORCE / WORK AND ROAD SAFETY CORPORATION (aj zásiolkovo) alebo v inom autorizovanom servise alkohol testerov. **Ďalšie informácie nájdete v záručnom liste na strane 29.**



12
mesiacov

600
meraní

Kalibrácia v tomto modeli by sa mala vykonávať každých **600 meraní** alebo každých **12 mesiacov** (bez ohľadu na počet vykonaných meraní). Pre udržanie správnej prevádzky a pre predĺženie životnosti senzoru je potrebná pravidelná kalibrácia.



Poznámka - kalibrácia tohto alkohol testera do 12 mesiacov od dátumu zakúpenia je **BEZPLATNÁ** v sídle AlcoForce a Work and Road Safety Corporation a iných Autorizovaných servisných miestach. **Ďalšie informácie nájdete v záručnom liste.**



1. Spoločnosť Work and Road Safety Corporation s.r.o. garantuje správnu funkciu dychového analyzátoru po dobu 12 mesiacov od dátumu predaja za predpokladu, že sa používa v súlade s určeným použitím a v súlade s podrobnými pravidlami uvedenými v návode.
2. Záručná zodpovednosť zahŕňa bezplatnú opravu počas záručnej doby, okrem prípadov uvedených v návode na obsluhu nižšie.
3. Ak je alkohol tester nefunkčný alebo vyžaduje opravu, kontaktujte autorizované servisné stredisko (strana 26).
4. Podrobný návod na reklamačný poriadok nájdete na strane 30.
5. Záruka sa nevzťahuje na komponenty podliehajúce opotrebovaniu a na dekalibráciu zariadenia (pozri návod).
6. Záruka sa nevzťahuje na chyby:
 - a) spôsobené nesprávnou obsluhou alebo použitím dychového testera v rozpore s určeným použitím,
 - b) spôsobené neoprávnenou úpravou výrobku alebo v dôsledku opráv a servisných činností vykonaných neoprávnenými osobami,
 - c) mechanickému poškodeniu,
 - d) v dôsledku nesprávneho skladovania, prepravy alebo používania v podmienkach, ktoré bránia správnej prevádzke,
7. V prípade nepredloženia dokladu o kúpe záruka nebude platná.
8. Vrátenie zariadenia, ktoré nespĺňa záručné podmienky, môže vyžadovať od Zákazníka uhradenie nákladov na dopravu.
9. Nevyplnený Záručný list vyplní servisný technik pri prvom servise zariadenia.
10. Záručné práva sa uplatňujú v Českej Republike v prevádzke Work and Road Safety Corporation s.r.o. a zahŕňajú opravu zariadenia alebo jeho výmenu za nové.
11. Táto záruka nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho podľa ustanovení o záruke za vady predanej veci.

Pred kontaktovaním servisu skontrolujte, či nie je riešenie vášho problému vyriešené v návode na použitie.

Sériové č.:

Dátum a miesto predaja:

Pečiatka predajcu:



Vyžaduje Váš alkohol tester servis alebo kalibráciu?
Zaregistrujte ho on-line a môžete nám ho zaslať zadarmo!

POUŽITIE NAŠHO ON-LINE FORMULÁRA VÁM PRÍNÁŠA NIEKOĽKO VÝHOD!

**POZOR - KALIBRÁCIA TOHTO ALKOHOL TESTERA V OBDOBÍ 12 MESIACOV
OD DÁTUMU NÁKUPU JE BEZ POPLATKU (IBA V AUTORIZOVANOM SERVISE).**



Bezplatná doprava
alkoholtesteru do
servisu!



Šetrenie vášho
času.Všetko
vybavíte za pár
minút.




Rýchlejšie dodanie
služby – online
prihlášky
považujeme za
prioritu.

SK

<http://servis.alcoforce.cz>

Naskenujte QR kód:



Servisnú obsluhu prístroja vedie:

**Work and Road Safety
Corporation s.r.o.**
Kolbenova 610/26
19000 Praha, Vysočany
IČ: 05562686
DIČ: CZ05562686

**Tel. +420774411547
info@warscorp.com**

**Work and Road Safety
Corporation s.r.o.**

Kolbenova 610/26
19000 Praha, Vysočany
IČ: 05562686
DIČ: CZ05562686

Tel. +420774411547
info@warscorp.com

www.alcoforce.com

